



Miłków, dnia 25.08.2021

Zn. spr.: SG.270.1.5.2021

Uczestnicy postępowania
Nr SG.270.1.5.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawę zbiornika kriogenicznego**”

Zamawiający w dniu 24.08.2021 r. otrzymał od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela Wykonawcy wyjaśnienia niezwłocznie.

Pytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający dopuści zbiornik, który jest w stanie pomieścić 29 400 szt. probówek o pojemności 2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie dopuści do udziału w postępowaniu zbiornika o pojemności 29 400 szt. probówek o pojemności 2 ml. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zbiornika o wielkości od 35000 szt. do 50000 szt. kriofiolek, które mają zmieścić się w oferowanym zbiorniku kriogenicznym.

Z poważaniem
Czesław Kozioł
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/