



Miłków, dnia 02.09.2021

Zn. spr.: SG.270.1.5.2021

## Uczestnicy postępowania

Nr SG.270.1.5.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę zbiornika kriogenicznego”

Zamawiający w dniu 27.08.2021 r. otrzymał od Wykonawcy wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela Wykonawcy wyjaśnienia niezwłocznie.

### **Pytania Wykonawcy:**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia pełnej instrukcji obsługi w języku angielskim ze skróconą wersją w języku polskim?

#### **Pytanie nr 2**

Wnosimy o uzupełnienie zapisów w § 4 wzoru umowy (kary umowne) ust. 1a), 1b), 1c) o sformułowanie „... jednak nie więcej niż 5% wartości netto umowy”.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wraz z zgodą na dostawę zbiornika kriogenicznego, którego pojemność geometryczna będzie w przedziale 900-1000 litrów, a wysokość zamkniętego zbiornika będzie nie większa niż 1,4m, a otwartego nie więcej niż 1,8 metra ?

### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

#### **Ad. 1**

Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia pełnej instrukcji obsługi w języku angielskim ze skróconą wersją w języku polskim.

#### **Ad. 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 wzoru umowy (kary umowne) ust. 1a), 1b), 1c).

#### **Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dostawę zbiornika kriogenicznego, którego pojemność geometryczna będzie w przedziale 900-1000 litrów, a wysokość zamkniętego zbiornika będzie nie większa niż 1,4m, a otwartego nie więcej niż 1,8 metra.

Z poważaniem,  
Czesław Kozioł  
Dyrektor  
/podpisano elektronicznie/